

Łóżko rehabilitacyjne

Wymiary zewnętrzne łóżka:

- długość całkowita: 2 150 mm (+/- 50mm),
- szerokość całkowita: 1 050 mm (+/- 50 mm).

Leże czterosegmentowe metalowe lub drewniane (nie dopuszcza się leża wykonanego z siatki metalowej plecionej z drutu).

Regulacja wysokości leża elektryczna.

Regulacja położenia segmentów pleców i uda za pomocą siłowników elektrycznych.

Regulacja segmentu podudzia za pomocą systemu zapadkowego lub siłownika elektrycznego.

Regulacja segmentu oparcia pleców.

Regulacja segmentu oparcia uda.

Szczyty łóżka metalowe, drewniane lub z płyty meblowej, nie muszą być zabudowane.

Barierki boczne regulowane, składane wzdłuż ramy leża.

Koła jezdne obrotowe z blokadą jazdy i obrotu.

Wysięgnik z uchwytem ręki mocowany do ramy łóżka.

Dopuszczalna waga pacjenta min 130 kg.

Zasilanie 220V.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Łóżko powinno posiadać możliwość złożenia.

Gwarancja minimum: 6 miesięcy.

Serwis gwarancyjny.

Stan techniczny i wizualny bardzo dobry lub dobry.

Łóżka powinny być umyte i zdezynfekowane.

Wyposażenie dodatkowe:

Do każdego łóżka **nowy** materac z pianki poliuretanowej, dostosowany do wymiarów łóżka o wysokości 100 mm, pokrowiec z tkaniny nieprzemakalnej, paro przepuszczalnej, zapinany na zamek.